附件

# 单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|---|---|---|
| 专业人员信息 | 姓名：杨宝卫 | |
| | 职称：博士、讲师 | |
| | 工作单位：江苏食品药品职业技术学院药学院 | |
| 项目信息 | 项目名称：傅里叶变换红外光谱仪升级 MCT 检测器采购项目 | |
| | 供应商名称：珀金埃尔默股份有限公司 | |
| 专业人员论证意见 | 以红外光谱法原位监测食品研发用有机金属复合材料的制备过程，需升级具备超长波数范围、高信噪比的 MCT 检测器，目前仅与原红外光谱仪配套的珀金埃尔默原厂检测器可以保证 $8300\sim600\ cm^{-1}$ 的超长波数检测范围及优比 5000:1 的信噪比。<br>同时，原厂升级能保证升级后的仪器测量准确性及数据一致性，保障科研及社会服务的连续性与稳定性。<br>因此，建议单一来源采购原厂升级 MCT 检测器。 | |
| 专业人员签字 | 杨宝卫 | 日期 2024年3月21日 |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

<table>
<tr><td rowspan="3">专业人员信息</td><td colspan="2">姓名：井立佳</td></tr>
<tr><td colspan="2">职称：教授</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作单位：江苏食品药品职业技术学院药学院</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目信息</td><td colspan="2">项目名称：傅里叶变换红外光谱仪升级MCT检测器采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">供应商名称：珀金埃尔默股份有限公司</td></tr>
<tr><td>专业人员论证意见</td><td colspan="2">以红外光谱法原位监测食品研发用有机层压复合材料的制备过程，需升级具备超长波数范围、高信噪比的MCT检测器，目前仅与原红外光谱仪配套的珀金埃尔默原厂检测器可以保证8300~600cm⁻¹的超长波数检测范围及优于50000:1的信噪比。<br>同时，原厂升级能保证升级后的及类测量准确性及数据一致性，保障科研升级社会服务的连续性与稳定性。<br>因此，建议单一来源采购原厂升级MCT检测器。</td></tr>
<tr><td>专业人员签字</td><td>井立佳</td><td>日期2024年3月2日</td></tr>
</table>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

# 单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|---|---|---|
| 专业人员信息 | 姓名：闫宇辉 | |
| | 职称：副教授 | |
| | 工作单位：江苏食品药品职业技术学院药学院 | |
| 项目信息 | 项目名称：傅里叶变换红外光谱仪升级 MCT 检测器采购项目 | |
| | 供应商名称：珀金埃尔默股份有限公司 | |
| 专业人员论证意见 | 以红外光谱法原位监测食品研发用有机金属复合材料的制备过程，需升级具备超长波数范围、高信噪比的MCT检测器，目前仅与原红外光谱仪配套的珀金埃尔默原厂检测器可以保证8300~600cm$^{-1}$的超长波数检测范围及优于50000:1的信噪比。<br>同时，原厂升级保证升级后的仪器测定准确性及数据一致性，保障科研及社会服务的连续性与稳定性。<br>因此，建议单一来源采购原厂升级MCT检测器。 | |
| 专业人员签字 | 闫宇辉 | 日期2024年3月21日 |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

<table>
<tr><td rowspan="3">专业人员信息</td><td colspan="2">姓名：史经略</td></tr>
<tr><td colspan="2">职称：教授</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作单位：江苏食品药品职业技术学院制药工程学院</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目信息</td><td colspan="2">项目名称：傅里叶变换红外光谱仪升级MCT检测器采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">供应商名称：珀金埃尔默股份有限公司</td></tr>
<tr><td>专业人员论证意见</td><td colspan="2">从红外光谱法原位监测食品研发用有机金属复合材料的制备过程，需升级具备超长波数范围、高信噪比的MCT检测器。目前仅与原红外光谱仪配套的珀金埃尔默原厂检测器可以保证390-600 $cm^{-1}$的超长波数检测范围及优于50000:1的信噪比。<br>同时，原厂升级能保证升级后仪器测量准确性及数据一致性，保障科研及社会服务的连续性与稳定性。<br>因此，建议单一来源采购原厂升级MCT检测器。</td></tr>
<tr><td>专业人员签字</td><td>史经略</td><td>日期2024年3月21日</td></tr>
</table>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

<table>
<tr><td rowspan="3">专业人员信息</td><td colspan="2">姓名：朱斌</td></tr>
<tr><td colspan="2">职称：副教授</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作单位：江苏食品药品职业技术学院制药工程学院</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目信息</td><td colspan="2">项目名称：傅里叶变换红外光谱仪升级MCT检测器采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">供应商名称：珀金埃尔默股份有限公司</td></tr>
<tr><td>专业人员论证意见</td><td colspan="2">以红外光谱法原位监测食品研发用机金属复合材料制备过程中，需升级具备超长波数范围、高信噪比的MCT检测器，目前仅原红外光谱仪配套的珀金埃尔默原厂检测器可以保证8300～600 cm⁻¹的超长波数范围及优于30000:1的信噪比。<br>同时，原厂升级能保证升级后的仪器测量准确性及数据一致性，保障科研及社会服务的连续性与稳定性。<br>因此，建议单一来源采购原厂升级MCT检测器。</td></tr>
<tr><td>专业人员签字</td><td>朱斌</td><td>日期2024年3月21日</td></tr>
</table>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。